# Lysoformin® 3000

## Preparat do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych.

**Wyrób medyczny kl. IIa**

**Preparat w koncentracie – stosować po rozcieńczeniu.**

CE
0482

### PODSTAWOWE CECHY Lysoformin 3000

- sprawdzony- używany od wielu lat, uniwersalny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów narzędzi, endoskopów oraz powierzchni.
- ma szerokie spektrum działania, działa bakteriobójczo (w tym na TbC), grzybobójczo i wirusobójczo
- wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności zanieczyszczeń organicznych (krew, albuminy itp.)
- wykazuje bardzo dobre właściwości myjące co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń organicznych
- zawiera substancje antykorozyjne, które skutecznie chronią przed korozją narzędzia niklowane, wykonane ze stopów żelaza, aluminium, brązu, miedzi itp.
- wysoka kompatybilność materiałowa – nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła, gumy, metali
- wydajny koncentrat - ekonomiczny w użyciu
- nieużywany roztwór roboczy zachowuje aktywność przez 14 dni
- nie pozostawia plam i osadu na dezynfekowanych powierzchniach i przedmiotach
- płynny koncentrat – łatwe przygotowanie roztworów roboczych do sporządzania, których można użyć wody wodociągowej

### PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO

Stosować wyłącznie w postaci rozcieńczonej.
Na każdy litr roztworu roboczego należy odmierzyć odpowiednią objętość koncentratu i dodać do uprzednio odmierzonej wody wodociągowej. Po wymieszaniu roztwór jest gotowy do użycia.
Nie dodawać innych substancji chemicznych ani detergentów, które mogą znieść lub obniżyć działanie dezynfekujące preparatu. Podczas pracy z koncentratem jak i roztworem roboczym stosować rękawice ochronne.

### SPEKTRUM BIOBÓJCZE ROZTWORÓW ROBOCZYCH

| Spektrum biobójcze | | Stężenie roztworu | Czas ekspozycji | Dozowanie na 1l wody |
|---|---|---|---|---|
| bakterie, grzyby (powierzchnie) | | 1% | 15 min | 10 ml |
| | | 0.5% | 1 h | 5 ml |
| | | 0.25% | 4 h | 2.5 ml |
| bakterie, prątki gruźlicy, grzyby (narzędzia) | | 2% | 15 min | 20 ml |
| | | 1.5% | 30 min | 15 ml |
| | | 1% | 1 h | 10 ml |
| bakterie, Mycobacterium terrae, grzyby (narzędzia) | | 3% | 15 min | 30 ml |
| | | 2.5% | 30 min | 25 ml |
| | | 1.5% | 1 h | 15 ml |
| wirusy: | HIV / HBV / HCV* | 0.25% | 15 min | 2.5 ml |
| | Adenowirus | 0,25% | 15 min | 2.5 ml |
| | Vacciniawirus | 0.25% | 1 min | 0.25 ml |
| | Rotawirus | 2% | 30 min | 20 ml |
| | Poliowirus | 2% | 1 h | 20 ml |

* wg RKI 01.2004

### SPOSÓB UŻYCIA

**DEZYNFEKCJA NARZĘDZI.**
Zanieczyszczone wyroby medyczne, które można zanurzać np. endoskopy, narzędzia chirurgiczne, zanurzyć całkowicie w roztworze roboczym preparatu. Wypełnić wszystkie kanały endoskopu. Wanienkę dezynfekcyjny szczelnie nakryć. Odczekać stosowny do zastosowanego stężenia roboczego czas ekspozycji. Zdezynfekowane przedmioty wyjąć z roztworu, opłukać pod bieżącą wodą i jeśli to konieczne doczyścić. Dokładnie umyte i wypłukane przedmioty wysuszyć i poddać odpowiednim procesom higienicznym – np. sterylizacji w autoklawie a wyroby termolabilne chemicznej dezynfekcji o działaniu sporobójczym.

**DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI.**
Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu. Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzać stosując metodę dwóch wiader. Po naniesieniu roztworu odczekać stosowny do zastosowanego stężenia roboczego czas ekspozycji. Nie zaleca się spłukiwania wodą dezynfekowanych powierzchni.

### SKŁAD PREPARATU

100 g preparatu zawiera:

| | |
|---|---|
| chlorek didecylodimetyloamoniowy | 9,6g |
| aldehyd glutarowy | 9,5g |
| glioksal | 7,5g |

### OPAKOWANIA HANDLOWE

| Typ opakowania | Pojemność w ml | Opakowanie zbiorcze - karton | Numer katologowy |
|---|---|---|---|
| Butelka | 1000 | 1 szt. | L-9256-01 |
| Butelki | 1000 | 12 szt. | L-9256-12 |
| Kanister | 5000 | 1 szt. | L-9265-01 |
| Kanistry | 5000 | 2 szt. | L-9265-02 |

*Karta SDS na stronach internetowych www.medilab.pl*

Producent: **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**, Berlin, Niemcy
Wyłączny dystrybutor: **Medilab Sp. z o.o.**,
15-117 Białystok, ul. Wasilkowska 51, tel/fax (85) 675-14-89
Dział handlowy: ul. 15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60, tel./fax (85) 743-28-97
**www.medilab.pl**

MEDILAB®